

210mm

EN CALIBRATION CERTIFICATE ISO 6789

FR CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE ISO 6789 / PT CERTIFICAÇÃO ISO 6789 / IT CERTIFICATO DI CALIBRATURA ISO 6789
EL ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ISO 6789 / PL CERTYFIKAT KALIBRACJI ISO 6789 / RU СВИДЕТЕЛЬСТВО О КАЛИБРОВКЕ ISO 6789 / UA СВДЧЕННЯ ПРО КАЛІБРУВАННЯ ISO 6789
RO CERTIFICAT DE ETALONARE ISO 6789 / ES CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ISO 6789 / BR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ISO 6789 / KZ ISO 6789 КАЛІБРЛЕУ СЕРТИФИКАТЫ

INSTRUMENT TESTED

INSTRUMENT VÉRIFIÉ / INSTRUMENTO VERIFICADO / UTENSILE VERIFICATO / ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ / INSTRUMENT SPRAWDZONY
ИНСТРУМЕНТ ПОВЕРЕН / ИНСТРУМЕНТ ВІВІРЕНИЙ / INSTRUMENT VERIFICAT / INSTRUMENTO VERIFICADO / INSTRUMENTO TESTADO / ҚҰРАЛ СЫНАЛҒАН

Designation: ENTREPOT ANVERS

Désignation : Clé dynamométrique à déclenchement / Designação: Chave dinamométrica de aperto
Designazione: chiave dinamometrica / Ονομασία: Δυναμομετρικό κλειδί απεμπλοκλής
Określenie: Klucz dynamometryczny z odryglowywaniem / Назначение: динамометрический ключ с храповиком
Προσδιορισμός: Δυναμομετρικός κλειδί απεμπλοκλής / Назначение: динамометрический ключ с храповиком
Designación: Llave dinamométrica de salto / Designação: ENTREPOT ANVERS / Атауы: ENTREPOT ANVERS

Mark:DEXTER

Constructeur / Fabricante
Costruttore / Μάρκα
Konstruktor / Производитель
Виробник / Constructor
Fabricante / Marca / Белгі

Reference:HT205185

Référence / Referência / Riferimento
Αναφορά / REFERENÇA / Артикул: / Артикул:
Referință / Referencia / Referência / Анықтама

Capacity:40-200N-m

Capacité / Capacidade / DIMENSIONI / Χωρητικότητα / Pojemność
Μαξимальная нагрузка / Максимальне навантаження
Capacitate / Capacidad / Capacidade / Мүмкіндігі

Serial number:

No. de série / N° de série / Numero di serie
Σειριακός αριθμός / Nr serijny / Серийный № / Серийний №
Nr. de serie / N° de serie / Número de série / Сериялык нөмірі

Unit:N-m

Unité de mesure / Unidade de medição / Unità di misura
Μονάδα / jednostki pomiarowej / Единица измерения / Ölçüm birimi
Unitate de măsură / Unidad de medida / Unidade / Бірлік

Adjustment torque Couple de réglage Binário de regulação (Torque) Coppia di SERRAGGIO Ρύθμιση ροπής στρέψης Moment dokreścania Регулируемый крутящий момент ΡΕΓΥΛΩΑΝΝΙΑ ΟΒΕΡΤΑΛΗΝΟΓΟ ΜΟΜΕΝΤΥ Cuplu de reglare Par ajustable Ajuste de torque Реттеу тарту моменті	Value given on the right tightening torque Indications relevées à droite sens serrage Indicações assinaladas à direita no sentido de aperto Valori misurate con seraggio verso destra -Τιμές που μετρώνται κατά τη δεξιόστροφη σύσφιξη Wskazanie zmian z prawej strony dokreścania Отсчеты соответствуют направлению заворачивания правой резьбы Отримані значення відповідають напрямку закручування правої різьби Indicații situate în dreapta sensului de strângere Indicaciones que señalan el sentido de presión hacia la derecha Valor dado no torque de aperto correto Оң жақ тарту моментінде берілген мән			Max % Error Max % Erreur Máx % de erro % errore max Μέγ. % σφάλματος Max. błęd % Максимальная погрешность, % Максимальна похибка, % % max eroare Error máx % % máx. de erro Макс қате %
40	40.40	40.40	40.60	1.5%
120	120.70	120.80	120.90	0.8%
200	200.90	201.20	201.50	0.8%

Measuring instrument(incertude ±0.5%):B119228

Appareil de mesure (incertitude ±0.5%) / Aparelho de medição (tolerância ±0.5%)
Apparecchio di misurazione (TOLLERANZA ±0,5%) / Όργανο μέτρησης (απόκλιση ±0,5%)
Jednostka pomiarowa (niepewność ±0,5%) / Измерительный прибор (погрешность ±0,5%)
Вимірювальний прилад (похибка ±0,5%) / Aparat de măsură (incertitudine ±0,5%) /
Aparato de medida (incertidumbre ±0.5%) / Instrumento de medição (incerteza ±0.5%) / Өлшеу құралы (дәлсіздігі ±0.5%)

Standards to which the test procedure conforms

Référence de la procédure utilisée / Em conformidade com o procedimento standard utilizado
Riferimento della procedura utilizzata / Μέτρα με τα οποία συμμορφώνεται η διαδικασία δοκιμών
Oznaczenie używanej procedury / Стандарт, по которому проводился тест
Застосована процедура: / Referința procedurii utilizate
Referencia del procedimiento de utilización / Padrões a que o processo de teste se conforma / Сынақ процедурасы сай стандарттар

The tested instrument meets the accuracy class in clockwise direction: ±4%

L'instrument vérifié satisfait à la classe de précision dans lesens horaire
O instrumento verificado satisfaz a classe de precisão no sentido dos ponteiros do relógio
L'utensile è conforme alla classe di precisione con misurazione in senso orario
Το εργαλείο συμμορφώνεται με το επιθυμητό επίπεδο ακριβείας κατά τη δεξιόστροφη μέτρηση
Sprawdzany instrument spełnia klasę dokładności w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
Инструмент проверен, соответствует классу точности в направлении часовой стрелки
Инструмент вивірений, відповідає класу точності в напрямку стрілки годинника
Instrumentul verificat satisface clasa de precizie în sens orar
El instrumento verificado cumple con la clase de precisión en el sentido horario
O instrumento testado corresponde à classe de precisão no sentido horário
Сыналған құрал сағат тілі бағытында дәлдік сыныбына сай

Recalibration interval.

This standard specifies that the period of validity for the first recalibration begins when the torque tool is first put into service by the user.
Intervalle de réétalonnage. Cette norme précise que pour le premier réétalonnage, la période de validité commence à la mise en fonctionnement de l'outil par l'utilisateur.
Intervalo de certificação. Esta norma indica que, para a primeira certificação, o período de validade começa mal a ferramenta seja utilizada pela primeira vez pelo utilizador.
Intervallo di ricalibrazione. Questa norma precisa che per la prima ricalibrazione, il periodo di validità inizia a partire dalla messa in funzione del prodotto da parte dell'utente.
Παύση επαναβαθμονόμησης. Αυτή η οδηγία δηλώνει ότι για την πρώτη επαναβαθμονόμηση, η περίοδος ισχύος ξεκινά αμέσως μόλις ο χρήστης θέσει σε λειτουργία το όργανο.
Przedział ponownego kalibracja. Norma ta uściśla, że przy pierwszym sechowaniu okres ważności rozroczyna się od uruchomienia narzędzia przez użytkownika
Интервал перекалибровки. Эта норма означает, что для первой перекалибровки период пригодности начинается от момента введения в действие пользователем
Interval de reetalonare. Acest standard precizează că pentru prima reetalonare, perioada de valabilitate începe la punerea în funcțiune a sculei de către utilizator.
Intervalo de recalibración. Esta norma especifica que, para la primera recalibración, el periodo de validez comienza al iniciar el usuario utilizar la herramienta
Intervalo de recalibração. Este padrão especifica que o prazo de validade para a primeira recalibração começa quando a ferramenta de torque é colocada pela primeira vez em operação pelo usuário.
Қайта калибрлеу аралығы. Бұл стандарт бірінші қайта калибрлеу үшін жарамдылық кезеңі тарту құралын пайдаланушы бірінші рет пайдалана бастаған кезде басталатынын көрсетеді.

Control done by: Joe

Vérification réalisée par / Verificação efectuada por / Verifica realizzata da / Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από / Sprawdzenie wykonana(a)
Поверку производил: / Вивірення провадив: / Verificare realizată de / Verificación realizada por / Controle efetuado por Joe / Бақылаушы: Джо

Date of issue: 01/2021

Date de la vérification / Data da verificação / Data della verifica / Ημερομηνία ελέγχου / Data weryfikacji
Дата поверки: / Дата вивірення: / Data verificării / Fecha de la verificación / Data de lançamento / Шығарылған күні

140mm

297mm